

令和4年度柳泉園組合敷地境界空間放射線量測定結果

単位 : $\mu\text{Sv}/\text{h}$

測定日	測定場所					測定機器
	東	西	南	北	B.G	
令和4年04月08日	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年04月13日	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年04月20日	0.05	0.05	0.04	0.08	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年04月27日	0.05	0.06	0.04	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年05月06日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年05月11日	0.05	0.08	0.05	0.08	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年05月18日	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年05月25日	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年06月01日	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年06月08日	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年06月15日	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年06月22日	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年06月30日	0.06	0.07	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年07月06日	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年07月13日	0.05	0.07	0.06	0.08	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年07月20日	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年07月27日	0.04	0.07	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年08月03日	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年08月10日	0.05	0.07	0.04	0.08	0.03	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年08月17日	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年08月26日	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年08月31日	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))
令和4年09月07日	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器(PN接合型))

※ 測定高さ : 地上 1. 0m

令和4年度柳泉園組合敷地境界空間放射線量測定結果

单位 : μ Sv/h

※ 測定高さ：地上 1.0m